



ارائه شده توسط:

سایت ترجمه فا

مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده

از نشریات معتبر

گواهی بررسی استاندارد های ارزیابی نیاز برای سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش

پوزیترون

(بر اساس کمیته CON توسط بخش 22215 قانون 368 قانون عمومی سال 1978، بخش های 7 و 8 قانون 306 قانون عمومی 1969، بخش ها 333.22215، 24.207 و 24.208 از قوانین گردآوری شده میشیگان)

بخش 1: کاربرد پذیری

بخش 1: این استاندارد ها، ملزومات و قوانین تصویب شروع، جایگزینی، توسعه و کس سرویس های اسکنر PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) و تحویل این خدمات تحت بخش 222 قانون می باشند. بر طبق بخش 222 سرویس های اسکنر PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) قانون، سرویس بالینی پوشش داده شده است. مرکز مربوطه بایستی از این استاندارد ها در کاربرد بخش 22225(1) قانون، بخش 333.22225(1) از قانون گرد اوری شده میشیگان بخش 22225(2) قانون، بخش 333.22225(2)(c) قانون میشگان استفاده کند.

بخش 2: تعاریف

بخش 2(1) بر اساس اهداف این استاندارد ها

- 1- هماهنگ کننده خدمات اصلی به معنی یکنهاد قانونی است که مسئولیت سرویس اسکنر PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سیار را بر عهده دارد
- 2- کد یا قانون به معنی قانون شماره 368 قانون عمومی 1978 می باشد که بر طبق بخش 333.1101 از قانون گرد اوری شده میشکان اصلاح شده است
- 3- دپارتمان به معنی دپارتمان سلامت جامعه میشکان است

4- اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) موجود به معنی اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) عملیاتی مورد استفاده برای آرایه سرویس ها ی PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) در تاریخ کاربرد می باشد

5- خدمات و سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) موجود به معنی سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) عملیاتی می باشد که سرویس ها ی اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) رادر یک محل در رابطه با سرویس PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت و یا در محل میزبان در رابطه با سرویس PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) در تاریخ ارسال تقاضابه دپارتمان آرایه می کند

6- منطقه سرویس سلامت یا HSA به معنی گروهی از کشور ها ی لیست شده در پیوست A است.

7- بیمارستان به معنی یک مرکز سلامت می باشد که تحت بخش 215 کد مجوز گرفته است.

8- محل میزبان، به معنی ادرس جغرافیایی است که در آن یک اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) توسط CON برای آرایه سرویس ها ی اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) عمل می کند

9- مدیکید به معنی XIX قانون امنیت اجتماعی، فصل 531، 42 U.S.C.1396 . تا g1396 و i1396 به u1396 است.

- 10- پایگاه داده ها ی بیماران بستری یا MIDB به معنی دیتابیس گرد اوری شده توسط مرکز بیمارستان و سلامت میشگان است. دیتابیس متشکل از پرونده ها ی ترخیص بیماران از همه بیمارستان میشیگان و ساکنان ترخیص شده از بیمارستان ها در ایالات گسترده تر است.
- 11- اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سیار به معنی یک واحد اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) و تجهیزات حمل و نقل می باشد که توسط هماهنگ کننده خدمات مرکزی اجرا شده و به دو یا چند میزبان سرویس دهی می کند
- 12- شبکه اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سیار به معنی مسیری است که هماهنگ کننده سرویس مرکزی ماز به عمل تحت CON است
- 13- بازدید بیمار به معنی یک جلسه ای است که از اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) استفاده می کند که در طی آن 1 یا چند روش PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) اجرا می شود
- 14- روش PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به معنی کسب یک تصویر یا یک سلسله تصویر شامل یک بار تزریق رد یاب است
- 15- اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به معنی یک یا چند روش PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) می باشد که در طی یک بارویزیت بیمار انجام می شود.
- 16- اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به معنی یک اسکنر حلقه ای FDA و یا سیستم مختصاتی است که

حداقل دارای یک بلور به ضخامت 5.8 اینچ می باشد و از این روش برای کاهش پراکندگی و نیز باز سازی تکراری و شناساگر های دیجیتال استفاده می شود. به علاوه، اصطلاح در بر گیرنده توگرافی محاسبه شده یا PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) می باشد. هیبرید اسکندر PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) همراه با اسکن PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) استفاده شود آنگاه هیچ CON برای استفاده از CT نیاز نیست. در صورتی که هیبرید اسکندر PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) مورد تایید FDA برای اسکن های MRI تنها همراه با اسکن PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) استفاده شود، آنگاه هیچ CON برای استفاده از MRI نیاز نیست. این شرط در بر گیرنده سیستم توموگرافی گسیلش پوزیترون، سیستم های CT اشعه ایکس، رزونانس مغناطیسی، سیستم توموگرافی اولتراسوند، دوربین های گاما و فناوری مشابه، می باشد.

17- سرویس های اسکندر PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) یا سرویس های PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به معنی استفاده از واحد PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) در یک مکان در رابطه با سرویس ثابت PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) و یا در هر نقطه میزبان در سرویس PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) بسیار است.

18- SPECT به معنی توموگرافی گسیلش تک فوتونی است

19- تعاریف در بخش 222 بایستی قابل تعمیم به این استاندارد ها باشند

بخش 3: ملزومات شروع سرویس دهی اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)

سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)

بخش 3: یک متقاضی که اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) را پیشنهاد می کند بایستی موارد زیر را اثبات کند که قابل کاربرد به پروژه پیشنهادی است

1- متقاضی بایستی محل پیشنهادی را برای خدمات و ویژگی ها ی زیر ارایه کند

- خدمات پزشکی هسته ای مستند شده توسط یک گواهی از کمیسیون مقررات هسته ای امریکا
 - سرویس ها ی توموگرافی گسیلش تک فوتونی
 - سرویس ها ی اسکنر توموگرافی
 - سرویس ها ی تصویر برداری رزونانس مغناطیسی
 - سرویس ها ی کاتتریزاسیون قلبی
 - جراحی قلب باز
 - جراحی سینه
 - کاردیولوژی
 - انکولوژی
 - انکولوژی اشعه
 - عص شناسی
 - جراحی عصبی
 - روانپزشکی
- 2- در صورتی که محل پیشنهادی، خدمات فهرست شده در زیر بخش 1 را ارایه نکند 1- در محل، متقاضی بایستی قرار داد ها ی کتبی را با یک بیمارستان واقع در همان منطقه ارایه کند و یا شعاع 25 مایلی منطقه پیشنهادی برای سرویس ها یی که ارایه نشده است.

3- متقاضی بایستی اثبات کند که محل پیشنهادی دارای یک منبع دارو ها ی رادیویی است. در صورتی که محل پیشنهادی یک منبعی را در خصوص دارو ها ی رادیویی ارائه نکند، متقاضی بایستی قرار داد کتبی را در این خصوص ارائه کند

4- متقاضی بایستی یک سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت را ارائه کند که اولین اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) بایستی 2600 واحد داده PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) را داشته باشد

- متقاضی یک مکان میزبان است که توسط یک یا چند سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) خدمت رسانی می شود

- متقاضی بایستی کار ها ی زیر را انجام داده باشد

معادل PET 1700 (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) در یک دوره 12 ماهه که مورد تایید وزارت خانه در منطقه مربوطه است.

- معادل PET 1500 (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) در دوره 12 ماهه که توسط وزارت خانه در منطقه شهری قابل تایید است.

- متقاضی بایستی واحد PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت را در محل مشابه نصب کند که به عنوان سایت میزبان و یا در شعاع 10 مایلی از محل میزبان قرار دارد

- متقاضی بایستی در صورتی عملیات را متوقف سازد که محل میزبان فاقد داده ها ی 12 ماهه باشد. این نیاز در صورتی قابل تعمیم است که متقاضی در حال نصب یک هیبرید اسکنر PET (سرویس ها ی

اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) MRI/ مورد تایید FDA است.

5- یک متقاضی پیشنهاد دهنده استفاده از سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر PET) با اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سیار بایستی 2100 واحد داده PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) را تجربه کند

- از 2100 واحد داده PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)، متقاضی بایستی حداقل 360 واحد را در شعاع 20 مایلی هر منطقه پیش بینی کند.

- کاربرد سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سیار با حداقل دو کاربرد محل میزبان همراه است

- هر متقاضی یک جدول زمانی را برای سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ارائه می کند

- متقاضی یک قرار داد پیش نویس را برای سرویس ها ی بین محلپیشنهادی و هماهنگ کننده سرویس ارائه می کند.

6- متقاضی بایستی موارد زیر را اثبات کند:

- متقاضی بایستی جدول زمان بندی پیشنهادی را ارائه کند

- متقاضی بایستی قرار داد پیش نویس را برای خدمات بین مکان میزبان پیشنهادی و هماهنگ کننده خدمات مرکزی ارائه کند.

- متقاضی سرویس ها ی اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت را تحت زیر بخش 3-4 در چارچوب دوره زمانی 12 ماهه شروع نکرده است

- یک متقاضی در HAS 8، بر روی سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) غالباً در خارج از میثگانب ایستی 240 PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) را از منطقه برنامه ریزی 6 در نظر بگیرد.

7- یک متقاضی پیشنهاد کننده سرویس ها ی اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به عنوان یک محل میزبان موجود بایستی ویژگی ها ی زیر را داشته باشد

- متقاضی، زمان بندی مسیر پیشنهادی را ارایه می کند
- متقاضی، یک قرار داد پیش نویس را برای خدمات بین سایتپیشنهادی و هماهنگ کننده سرویس مرکزی ارایه می کند.

بخش 4: ملزومات جایگزینی اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) موجود و یا سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)

بخش 4: جایگزینی اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به معنی تغییر در تجهیزات اسکنر یا جا به جایی سرویس به یک محل جدید است. یک ارتقا در نرم افزار و یا اجزای یک اسکنر جایگزین اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) نیست. یک متقاضی پیشنهاد کننده جا به جایی اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) یا سرویس ها ی مربوطه بایستی ویژگی ها ی زیر را داشته باشد

- اسکنر جایگزینی مشابه با اسکنر نمونه ها ی جایگزین شده است.
- اسکنر بایستی بر طبق اصول حسابداری پذیرفته شده درک شود
- اسکنر موجود تهدیدی برای امنیت بیماران است
- اسکنر جایگزین موجب بهبود کیفیت درمان، افزایش کارایی و کاهش هزینه ها ی عملیاتی می شود.

- متقاضی بیان می دارد که اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) بایستی از سرویس در هنگام و یا قبل از عملیات شروع اسکنر جایگزینی حذف شود.

2- یک متقاضی پیشنهاد کننده جتعویض سرویس اسکنر ثابت PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) با نوع جدید بایستی موارد زیر را رعایت کند.

- محل پیشنهادی در شعاع 10 مایلی سایت موجود برای منطقه آماری در شعاع 25 مایلی برای منطقه آماری روستایی یا شهری است

- اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت ، دارای PET 500 (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) معادل به ازای هر اسکنر ثابت است

- اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت حداقل 36 ماه از تاریخ ارسال استفاده می شود.

بخش 5: ملزومات توسعه خدمات اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)

1- متقاضی پیشنهاد دهنده افزودن یک اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت به سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت بایستی شرایط زیر را داشته باشد.

- معادل PET 1900 (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به ازای اسکنر ثابت و موجود در 12 ماه اخیر

- معادل PET 1700 (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) بر اساس اسکنر ها ی PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت در 12 ماه گذشته که توسط دپارتمان برای یک متقاضی در منطقه روستایی قابل تایید باشد

- اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) اضافی بایستی در یک محل اشد

- یک متقاضی پیشنهاد کننده افزودن اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) موجود بایستی موارد زیر باشد

- PET2000 (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) معادل در هر اسکنر موبایل در دوره 12 ماهه

- 1800 معادل PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به ازای هر اسکنر موجود یا تایید شده در دوره 12 ماهه که قابل تایید دپارتمان است

3- یک متقاضی پیشنهاد دهنده برای افزودن اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت به سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) که سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) را دریافت می کند دارای شرایط زیر است.

- متقاضی دارای یک یا چند سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) است

- متقاضی موارد زیر را انجام داده است:

1- میانگین 1900 برای محل میزبان و هر یک از اسکنر ها ی ثابت و موجود در دوره 12 ماهه

2- میانگین 1700 معادل PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) برای هر مکان میزبان و هر یک از اسکنر ها ی ثابت و موجود در دوره 12 ماهه

3- متقاضی قبول می کند تا عملیات را متوقف کند به خصوص اگر این مکان 12 ماه بدون داده ها ی مربوط به اسکنر ثابت باشد

بخش 6: ملزومات دست یابی به سرویس اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)

بخش 6: بدست آوردن خدمات اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) و ابزار ها ی مربوطه توسط قرار داد، مالکیت و یا ارایشات دیگر و وجود اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون). متقاضی پیشنهاد کننده دست یابی به سرویس اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) بایستی قابل تعمیم به پروژه پیشنهادی باشد.

1- برای اولین درخواست بدست آوردن سرویس اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)، سرویس PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) موجود و اسکنر ها ی آن بایستی مطابق با ملزومات ارایه شده در این بخش باشند. سرویس اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) بایستی در یک حجم معین در ملزومات تحویل پروژه به کار گرفته شود.

2- برای هرگونه دست یابی به سرویس اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) موجود، به جز اولین تقاضای متناسب با زیر بخش(1)، متقاضی بایستی اثبات کند که دستگاه اسکنر PET) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی

گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)، بایستی بر طبق ملزومات
حجمی در بخش 11 عمل کند

3- متقاضی پیشنهاد کننده دریافت سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش
پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سیار یا ثابت بایستی اثبات کند که
اسکنر ثابت به طور متوسط PET 500 (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس
ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به ازای هر اسکنر در دوره 12 ماهه باشد.

4- یک متقاضی دست یابی به محل میزبان موجود بایستی اثبات کند که این مکان دارای PET 50
سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش
پوزیترون) در دوره 12 ماهه است.

بخش 7: ملزومات مربوط به اسکنر حثف:EHFJ

1- برای اولین درخواست بدست آوردن سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش
پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)، سرویس PET (سرویس ها ی
اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) موجود و
اسکنر ها ی آن بایستی مطابق با ملزومات ارائه شده در این بخش باشند. سرویس اسکنر PET
سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش
پوزیترون) بایستی در یک حجم معین در ملزومات تحویل پروژه به کار گرفته شود.

2- برای هرگونه دست یابی به سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش
پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) موجود، به جز اولین تقاضای
متناسب با زیر بخش(1)، متقاضی بایستی اثبات کند که دستگاه اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر
توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)، بایستی بر
طبق ملزومات حجمی در بخش 11 عمل کند

3- متقاضی پیشنهاد کننده دریافت سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سیار یا ثابت بایستی اثبات کند که اسکنر ثابت به طور متوسط PET 500 (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به ازای هر اسکنر در دوره 12 ماهه باشد.

4- یک متقاضی دست یابی به محل میزبان موجود بایستی اثبات کند که این مکان دارای PET 50 (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) در دوره 12 ماهه است.

بخش 8: ملزومات اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) اطفال اختصاصی

1- متقاضی بیان می دارد که PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) عمدتاً برای بیماران تحت 18 ساگی استفاده می شود

2- متقاضی بایستی مکان موجود را بر اساس سال تقویمی و یا دوره 12 ماهه تعدیل کند

- حداقل 7000 ترخیص اطفال

- حداقل 5000 جراحی اطفال

- حداقل 50 مورد سرطان اطفال جدید

3- متقاضی بایستی دارای کارکنان پزشکی فعال در زمان تقاضا هستند

(الف) رادیولوژی (حداقل دو نفر از کارکنان)

(ب) بیهوشی

(ج) قلب و عروق

(د) مراقبت ها ی حیاتی

(ج) متخصص گوارش

(f) هماتولوژی / انکولوژی

(ج) مغز و اعصاب

(ج) جراحی مغز و اعصاب

(ج) جراحی ارتوپدی

(ج) آسیب شناسی

(k) ریه شناسی

(ج) عمل جراحی

() نوزادان

4- متقاضی بایستی بر اساس برنامه‌ها ی اطفال خاص در زمان ارسال تقاضا عمل کند

(الف) برنامه پیوند مغز استخوان

(ب) برنامه آرام سازی

(ج) برنامه قلب باز

5- متقاضی شرایط بخش 3-1 تا 3-4 را در صورتی دارد که متقاضی از سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی

اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) با اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت

استفاده کند

6- مکان پیشنهادی فاقد اسکنر ها ی PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت اطفال

است

بخش 9: ملزومات PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی

گسیلش پوزیترون)

بخش 9: یک متقاضی پیشنهاد کننده افزودن سرویس اسکنر PEM به سرویس اسکنر موجود PET (سرویس ها

ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) بایستی موارد زیر

را اثبات کند

- 1- یک متقاضی پیشنهاد کننده افزودن اسکنر PEM به اسکنر PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت بایستی موارد زیر را اثبات کند
- متقاضی از طریق ACR مجوز را می گیرد
 - متقاضی دارای PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت بوده و 1000 معادل PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) را به ازای هر اسکنر دارد
 - متقاضی پیشنهاد کننده افزودن اسکنر PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به سرویس اسکنر PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) بایستی شرایط زیر را داشته باشد
 - برنامه هماهنگ کننده خدمات اصلی برای اسکنر PEM با 5 کاربرد همراه است.
 - متقاضی دارای PET 500 (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به ازای هر اسکنر با شبکه PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) است.
 - متقاضی بایستی یک جدول زمانی را برای سرویس اسکنر PEM سیار ارائه کند.
 - متقاضی، یک قرار داد پیش نویس را برای سرویس های PEM ارائه می کند
 - شبکه پیشنهادی چیزی بیش از اسکنر PEM است
 - متقاضی، بایستی خدمات اسکنر PEM را به صورت یک محل میزبان ارائه کند
 -
- 1- در صورتی که محل پیشنهادی، خدمات فهرست شده در زیر بخش 1 را ارائه نکند 1- در محل، متقاضی بایستی قرار داد های کتبی را با یک بیمارستان واقع در همان منطقه ارائه کند و یا شعاع 25 مایلی منطقه پیشنهادی برای سرویس های PEM که ارائه نشده است.
- 2- متقاضی بایستی اثبات کند که محل پیشنهادی دارای یک منبع دارو های رادیویی است. در صورتی که محل پیشنهادی یک منبعی را در خصوص دارو های رادیویی ارائه نکند، متقاضی بایستی قرار داد کتبی را در این خصوص ارائه کند

3- متقاضی بایستی یک سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) را داشته باشد

- متقاضی یک مکان میزبان است که توسط یک یا چند سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) خدمت رسانی می شود

- متقاضی بایستی کار ها ی زیر را انجام داده باشد

معادل PET 1700 (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) در یک دوره 12 ماهه که مورد تایید وزارت خانه در منطقه مربوطه است.

بخش 10: ملزومات مشارکت مدیکید

یک متقاضی بایستی تاییدیه مشارکت مدیکید را ارائه کند. یک متقاضی یک عرضه کننده جدیدی است که در مدیکید ثبت می شود.

بخش 11: ملزومات تحویل پروژه و شرایط تایید برای همه متقاضیان

بخش 11: یک متقاضی بایستی موافقت خود را اعلام کند که در صورت تایید سرویس ها ی اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) بایستی بر طبق شرایط زیر ارائه شوند

1- تبعیت از استاندارد ها

2- تبعیت از ملزومات تضمین کیفیت زیر

- یک سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)، بایستی طوری تعیین شود که فیلتر درخواست ها برای تفسیر روش ها ی PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون)، توسط پزشک با اشنایی و آموزش مشابه با استفاده تشخیصی و تفسیر تصاویر مقطعی منطقه

اناتومیکی انجام شود. پزشک بایستی از طریق قابلیت های ارتباط از راه دور برای مشارکت در انتخاب بیمار ها برای روش های PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) قابل دسترس باشد

- سرویس اسکندر PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون)، بایستی در بر گیرنده پرسنل های زیر باشد و به طور مستقیم یا قرار دادی استفاده شود.:: یک کارشناس فناوری با آموزش در اسکن PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون)، و یا یک پزشک. پزشک بایستی از طریق هیئت رادیولوژی یا سازمان معادل مجوز بگیرد

- متقاضی از طریق ACR مجوز را می گیرد

- متقاضی دارای PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت بوده و 1000 معادل PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) را به ازای هر اسکندر دارد
- متقاضی پیشنهاد کننده افزودن اسکندر PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به سرویس اسکندر PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) بایستی شرایط زیر را داشته باشد

- برنامه هماهنگ کننده خدمات اصلی برای اسکندر PEM با 5 کاربرد همراه است.

- متقاضی دارای PET 500 (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) به ازای هر اسکندر شبکه PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش پوزیترون) است.

- متقاضی بایستی یک جدول زمانی را برای سرویس اسکندر PEM سیار ارائه کند.

- متقاضی، یک قرار داد پیش نویس را برای سرویس های PEM ارائه می کند

- شبکه پیشنهادی چیزی بیش از اسکندر PEM است

- متقاضی، بایستی خدمات اسکندر PEM را به صورت یک محل میزبان ارائه کند

بخش 12: روش شناسی محاسبه واحد های داده های PET (سرویس های اسکندر توموگرافی گسیلش

پوزیترون) پیش بینی شده

بخش 12: متقاضی تحت بخش 3 بایستی از روش شناسی ارایه شده در این بخش در محاسبه واحد داده ها ی PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) قرار گیرد

1- شناسایی تعداد نمونه سرطان ها ی جدید بر طبق ملزومات بخش 13

2- ترکیب تعداد از نمونه ها ی سرطانی برای ریه (کد ها ی سایت C340-C349)، مری (کد سایت C150-C159)، کولورکتال (کدها ی سایت C180-C209)، لنفوم (کدها ی مورفولوژی 9590-9729)، ملانوم (کدها ی مورفولوژی 8720-8790)، و سر و گردن (کدها ی سایت C000-C148، C300-C329، C410، C411، C470 یا C490 به استثنای C440-C444 (پوست سر و گردن)، و کد ها ی اضافی مورد تایید وزارت خانه. برای اینگروه بندی از کلمه ترکیبی استفاده می شود.

3- ضرب عدد حاصل از محاسبه در نمونه ها ی سرطانی ترکیبی شناسایی شده در زیر بخش 1 در 8

4- ضرب عدد حاصله در 2.5 که عدد برآورد شده اسکن ها ی PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) مورد نیاز برای هر بیمار با اسکن PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) است.

5- شناسایی تعداد نمونه ها ی تشخیصی جدید با ملزومات بخش 13

- ضرب تعداد موارد سرطان سینه در 0.25 که احتمال برآورد شده این است که سرطان سینه تحت اسکن PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) قرار گیرد

- ضرب تعداد حاصل از محاسبه بخش 2 در 1 که تعداد برآورد شده اسکن PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) مورد نیاز برای هر بیمار است.

- ضرب تعداد کاتتریزاسیون قلبی تشخیصی شناسایی شده بر طبق ملزومات بخش 15 در 0.1، که احتمال برآورد شده این است که بیمار دارای کاتتریزاسیون قلبی بوده و مستلزم اسکن PET است

- ضرب تعداد موارد قابل تشخیص صرع (کد ها ی ICD-9-CM 345.01، 345.11، 345.41،

- 345.61، 345.71، 345.81، یا 345.91، برای ضمیمه D برای ICD-10-CM Codes) مطابق با الزامات بخش 16 توسط 1.0 مشخص شده است

- جمع اعداد حاصل از محاسبات در زیر بخش ها ی 1 تا 4 برای تعیین تعداد کل واحد داده ها ی PET پیشنهادی

- ضرب حاصل محاسبه شده در زیر بخش 5 در ضریب 3 در صورتی که هدف اجرای یک برنامه برای تعیین تعداد کل واحد ها ی داده PET پیش بینی شده باشد

- ضرب حاصل در زیر بخش 5 در ضریب 2 در صورتی که متقاضی قادر به تعیین تعداد کل واحد ها ی داده ها ی PET باشد

بخش 13: تعهد به موارد سرطانی جدید خاص مرتبط با تشخیص

بخش 13: متقاضی استفاده کننده از نمونه ها ی سرطانی جدید بایستی ویژگی ها ی زیر را داشته باشد

1- تنها آن دسته از تشخیص ها ی سرطان لحاظ شده در بخش 12-1 و 12-2 بایستی در نظر گرفته شود

2- هر نهادی که در ارایه داده ها ی موردی سرطان نقش دارد، بایستی به صورت بخشی از برنامه خود، تمهیداتی را برای شناسایی تعداد نمونه سرطان ها ی جدید ارایه کند.

- برای سرویس ها ی اسکنر PET ثابت، موقعیت جغرافیایی هر داده موردی سرطان جدید، مشابه با سرویس PET پیشنهادی است.

- متقاضی بایستی یک سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت را ارایه کند که اولین اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) بایستی 2600 واحد داده PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) را داشته باشد

- متقاضی یک مکان میزبان است که توسط یک یا چند سرویس اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) خدمت رسانی می شود

- متقاضی بایستی کار ها ی زیر را انجام داده باشد

معادل PET 1700 (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) در یک دوره 12 ماهه که مورد تایید وزارت خانه در منطقه مربوطه است.

- معادل PET 1500 (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) در دوره 12 ماهه که توسط وزارت خانه در منطقه شهری قابل تایید است.

- متقاضی بایستی واحد PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت را در محل مشابه نصب کند که به عنوان سایت میزبان و یا در شعاع 10 مایلی از محل میزبان قرار دارد

- متقاضی بایستی در صورتی عملیات را متوقف سازد که محل میزبان فاقد داده ها ی 12 ماهه باشد. این نیاز در صورتی قابل تعمیم است که متقاضی در حال نصب یک هیبرید اسکنر PET (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس ها ی اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) /MRI مورد تایید FDA است.

بخش 14: مستند سازی داده ها ی مربوط به نمونه ها ی سرطانی جدید

بخش 14 : متقاضی بایستی قادر به ثبت نمونه سرطان ها ی جدید تشخیصی باشد تا بتواند بخشی از درخواست را به دپارتمان داده و به این ترتیب می تواند از کاربرد نمونه ها ی تقویمی جدید پشتیبانی کند. به این ترتیب موارد زیر می توانند در نظر گرفته شوند

بخش 15: تعهد و ثبت داده ها ی کاتتریزاسیون قلبی تشخیصی

بخش 15: یک متقاضی پیشنهاد کننده استفاده از داده ها ی کاتتریزاسیون قلبی بایستی موارد زیر را داشته باشد

هر واحد مربوط به داده ها ی کاتتریزاسیون قلبی تشخیصی ، به صورت بخشی از برنامه در زمان ارسال به دپارتمان، که توسط هیئت نظارتی امضا شده و برخی از موارد کاتتریزاسیون تشخیص قلبی را شناسایی می کند.

- برای سرویس های اسکنر PET ثابت، موقعیت جغرافیایی هر نهاد با داده های کاتتریزاسیون در یک منطقه برنامه ریزی به صورت سرویس یا واحد PET ارایه می شود
- هیچ نهادی قادر به ارایه داده های کاتتریزاسیون قلبی تشخیصی ارایه شده نیست.
- دپارتمان معمولا برداشت داده های کاتتریزاسیون قلبی تشخیصی را در طی دوره 120 روزه پس از ارسال داده ها در نظر نمی گیرد.

بخش 16: ثبت داده های مربوط به صرع

بخش 16: متقاضی پیشنهاد کننده نمونه ها بایستی موارد زیر را اثبات کنند.

- 1- هر نهاد که داده های مربوط به صرع را ارایه می کند معمولا در پشتیبانی از سایر کاربرد ها برای واحد PET برای مدت زمان خدمات PET استفاده می کند که داده های مربوط به آن برای یک دوره 5 ساله از تاریخ شروع عملیات ارایه می شود
- 8- در صورتی که محل پیشنهادی، خدمات فهرست شده در زیر بخش 1 را ارایه نکند 1- در محل، متقاضی بایستی قرار داد های کتبی را با یک بیمارستان واقع در همان منطقه ارایه کند و یا شعاع 25 مایلی منطقه پیشنهادی برای سرویس های که ارایه نشده است.
- 9- متقاضی بایستی اثبات کند که محل پیشنهادی دارای یک منبع دارو های رادیویی است. در صورتی که محل پیشنهادی یک منبعی را در خصوص دارو های رادیویی ارایه نکند، متقاضی بایستی قرار داد کتبی را در این خصوص ارایه کند
- 10- متقاضی بایستی یک سرویس اسکنر PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) ثابت را ارایه کند که اولین اسکنر PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) بایستی 2600 واحد داده PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) را داشته باشد

- متقاضی یک مکان میزبان است که توسط یک یا چند سرویس اسکنر PET (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) (سرویس های اسکنر توموگرافی گسیلش پوزیترون) خدمت رسانی می شود

- متقاضی بایستی کار های زیر را انجام داده باشد

بخش 17: روش محاسبه معادل PET

بخش 17: معادل های PET بایستی به صورت زیر محاسبه شوند

| جدول 1: معادل ها | |
|-----------------------|------|
| مقوله اسکن | وزن |
| Simple ¹ | 0.75 |
| Standard ² | 1.0 |
| Complex ³ | 1.5 |

بخش 18: تعداد اسکنر های PET

بخش 18: دپارتمان بایستی فهرست سرویس های سالانه اسکنر را در سایت منتشر کند

بخش 19: ارزیابی تفضیلی، تاثیرات بر روی سیاست های برنامه ریزی قبلی

بخش 19: پروژه های پیشنهادی ارزیابی شده تحت این استاندارد ها منوط به ارزیابی تفضیلی هستند. این

استاندارد های CON جایگزین استاندارد های سرویس PET پیشنهادی توسط کمیسیون CON در مارس

182014 قرار می گیرند

ترجمه کد ICD-9-CM TO ICD-10-CM

| ICD-9 C ODE | توصیف | ICD-10 CODE | توصیف |
|-------------|--|--|-------|
| صرع | G 40.311 | صرع ایدیوپاتیک عمومی و سندرم های صرع با اپیلیکتیوس | |
| G 40.319 | نبود صرع ایدیوپاتیک و سندرم های بدون اپیلیکتیوس | | |
| G 40.A11 | صرع ایدیوپاتیک عمومی و سندرم های صرع با اپیلیکتیوس | | |
| صرع | G 40.311 | نبود صرع ایدیوپاتیک و سندرم های بدون اپیلیکتیوس | |

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| G 40.319 | صرع ایدیوپاتیک عمومی و سندرم ها ی صرع با اپیلیکتیوس | | |
| Epilepsy Cases | G 40.211 | نبود صرع ایدیوپاتیک و سندرم ها بدون اپیلیکتیوس | |
| G 40.219 | نبود صرع ایدیوپاتیک و سندرم ها بدون اپیلیکتیوس | | |
| Epilepsy Cases | G 40.011 | نبود صرع ایدیوپاتیک و سندرم ها بدون اپیلیکتیوس | |
| G 40.019 | صرع ایدیوپاتیک عمومی و سندرم ها ی صرع با اپیلیکتیوس | | |
| G 40.111 | صرع ایدیوپاتیک عمومی و سندرم ها ی صرع با اپیلیکتیوس | | |
| G 40.119 | صرع ایدیوپاتیک عمومی و سندرم ها ی صرع با اپیلیکتیوس | | |

| ICD-9 Code | توصیف | ICD-10 Code | توصیف |
|-----------------------|--|--|-------|
| موارد مربوط به صرع | G 40.411 | | |
| G 40.419 | سایر صرع ایدیوپاتیک عمومی و سندرم ها ی صرع با اپیلیکتیوس | | |
| موارد مربوط به صرع | صرع ایدیوپاتیک عمومی و سندرم ها ی صرع با اپیلیکتیوس | | |
| G 40.119 | اپلیسی نمادین جزیی و کانونی مرتبط با مکان یابی و سندرم ها ی اپلپتیک با سکته جزیی ساده و با وضعیت اپلی لپتیکوس | | |
| موارد مربوط به صرع | G 40.803 | اپلیسی نمادین جزیی و کانونی مرتبط با مکان یابی و سندرم ها ی اپلپتیک با سکته جزیی ساده و با وضعیت اپلی لپتیکوس | |
| G 40.804 | اپلیسی نمادین جزیی و کانونی مرتبط با مکان یابی و سندرم ها ی اپلپتیک با سکته جزیی ساده و با وضعیت اپلی لپتیکوس | | |
| موارد مربوط به صرع | G 40.411 | اپلیسی یا صرع نامشخص و با سندرم ها ی معین | |
| G 40.419 | سایر اپلیسی نمادین جزیی و کانونی | | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| | مرتبط با مکان یابی و سندرم های اپلیتیک با سکنه جزئی ساده و با وضعیت اپلی لپتیکوس | | |
| G 40.9 1 1 | اپیلیسی یا صرع نامشخص و با سندرم های معین | | |
| G 40.9 1 9 | اپیلیسی یا صرع نامشخص و با سندرم های معین | | |



این مقاله، از سری مقالات ترجمه شده رایگان سایت ترجمه فا میباشد که با فرمت PDF در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل میتوانید با کلیک بر روی دکمه های زیر از سایر مقالات نیز استفاده نمایید:

لیست مقالات ترجمه شده ✓

لیست مقالات ترجمه شده رایگان ✓

لیست جدیدترین مقالات انگلیسی ISI ✓

سایت ترجمه فا ؛ مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده از نشریات معتبر خارجی